

Tabular Report

23/08/2017 10:36:11, Descr. Freezer - Door Open Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

24/07/2017

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
08:00:00	-17,90	-18,30	-19,60	-17,20	-19,80	-19,00	-16,60	-17,50	-19,00	-17,50	-16,50	-17,40
08:01:00	-17,90	-18,20	-19,40	-17,20	-19,60	-18,90	-16,50	-17,50	-18,90	-17,50	-16,50	-17,40
08:02:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,60	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
08:03:00	-17,80	-18,00	-19,40	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
08:04:00	-17,80	-18,00	-19,40	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
08:05:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,40	-17,30
08:06:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,60	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,40	-17,30
08:07:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,10	-19,60	-18,80	-16,40	-17,40	-18,80	-17,40	-16,40	-17,30
08:08:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,10	-19,60	-18,90	-16,50	-17,40	-18,90	-17,40	-16,40	-17,30
08:09:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,20	-19,80	-19,00	-16,50	-17,50	-19,00	-17,40	-16,40	-17,30
08:10:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,20	-19,90	-19,10	-16,50	-17,50	-19,10	-17,50	-16,50	-17,40
08:11:00	-17,90	-18,40	-19,70	-17,30	-20,00	-19,10	-16,50	-17,60	-19,20	-17,50	-16,50	-17,40
08:12:00	-18,00	-18,50	-19,80	-17,30	-20,10	-19,20	-16,50	-17,70	-19,20	-17,60	-16,50	-17,40
08:13:00	-18,00	-18,70	-20,00	-17,40	-20,30	-19,30	-16,50	-17,70	-19,30	-17,70	-16,50	-17,50
08:14:00	-18,10	-18,80	-20,00	-17,40	-20,40	-19,40	-16,60	-17,80	-19,40	-17,80	-16,50	-17,50
08:15:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,50	-19,50	-16,60	-17,80	-19,40	-17,80	-16,60	-17,60
08:16:00	-18,20	-18,80	-20,10	-17,50	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,60	-17,60
08:17:00	-18,30	-18,80	-20,00	-17,50	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,70	-17,70
08:18:00	-18,30	-18,80	-20,00	-17,50	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,70	-17,70
08:19:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,70	-17,70
08:20:00	-18,20	-18,70	-19,90	-17,40	-20,30	-19,40	-16,70	-17,80	-19,40	-17,80	-16,70	-17,60
08:21:00	-18,10	-18,60	-19,80	-17,40	-20,20	-19,30	-16,70	-17,70	-19,30	-17,80	-16,60	-17,60
08:22:00	-18,00	-18,40	-19,60	-17,30	-20,00	-19,20	-16,60	-17,60	-19,20	-17,70	-16,60	-17,50
08:23:00	-18,00	-18,30	-19,60	-17,30	-19,90	-19,10	-16,60	-17,60	-19,10	-17,60	-16,60	-17,40
08:24:00	-17,90	-18,20	-19,50	-17,20	-19,70	-19,00	-16,60	-17,50	-19,00	-17,50	-16,50	-17,40
08:25:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,20	-19,60	-18,80	-16,50	-17,40	-18,90	-17,50	-16,50	-17,40
08:26:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
08:27:00	-17,80	-18,00	-19,30	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
08:28:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,40	-17,30
08:29:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,40	-17,30
08:30:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,60	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,40	-17,30
08:31:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,10	-19,60	-18,90	-16,50	-17,40	-18,90	-17,40	-16,40	-17,30

Tabular Report

23/08/2017 10:36:11, Descr. Freezer - Door Open Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
08:32:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,20	-19,70	-18,90	-16,50	-17,50	-19,00	-17,40	-16,40	-17,30
08:33:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,20	-19,90	-19,00	-16,50	-17,50	-19,00	-17,40	-16,40	-17,30
08:34:00	-17,90	-18,40	-19,70	-17,20	-20,00	-19,10	-16,50	-17,60	-19,10	-17,50	-16,50	-17,40
08:35:00	-17,90	-18,50	-19,80	-17,30	-20,10	-19,20	-16,50	-17,60	-19,20	-17,60	-16,50	-17,40
08:36:00	-18,00	-18,60	-19,90	-17,40	-20,20	-19,20	-16,50	-17,70	-19,20	-17,60	-16,50	-17,40
08:37:00	-18,10	-18,70	-20,00	-17,40	-20,30	-19,30	-16,60	-17,80	-19,30	-17,70	-16,50	-17,50
08:38:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,50	-19,40	-16,60	-17,80	-19,40	-17,80	-16,60	-17,60
08:39:00	-18,20	-18,80	-20,10	-17,50	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,60	-17,70
08:40:00	-18,30	-18,90	-20,10	-17,50	-20,60	-19,60	-16,70	-17,90	-19,50	-17,90	-16,70	-17,70
08:41:00	-18,30	-18,90	-20,10	-17,50	-20,60	-19,60	-16,70	-17,90	-19,60	-17,90	-16,80	-17,80
08:42:00	-18,30	-18,90	-20,10	-17,50	-20,50	-19,60	-16,80	-17,90	-19,60	-17,90	-16,80	-17,80
08:43:00	-18,30	-18,80	-20,00	-17,50	-20,50	-19,50	-16,80	-17,80	-19,50	-17,90	-16,80	-17,80
08:44:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,40	-19,40	-16,80	-17,80	-19,40	-17,80	-16,80	-17,70
08:45:00	-18,20	-18,60	-19,90	-17,40	-20,20	-19,30	-16,70	-17,80	-19,30	-17,80	-16,80	-17,60
08:46:00	-18,10	-18,50	-19,70	-17,40	-20,00	-19,20	-16,70	-17,70	-19,20	-17,70	-16,70	-17,60
08:47:00	-18,00	-18,30	-19,60	-17,30	-19,90	-19,10	-16,60	-17,60	-19,10	-17,60	-16,70	-17,50
08:48:00	-17,90	-18,30	-19,50	-17,20	-19,70	-19,00	-16,60	-17,60	-19,00	-17,60	-16,60	-17,40
08:49:00	-17,90	-18,20	-19,50	-17,20	-19,60	-18,90	-16,50	-17,50	-18,90	-17,50	-16,60	-17,40
08:50:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,20	-19,60	-18,80	-16,50	-17,50	-18,80	-17,50	-16,50	-17,40
08:51:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
08:52:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
08:53:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,60	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
08:54:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,10	-19,60	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
08:55:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,10	-19,60	-18,90	-16,50	-17,50	-18,90	-17,40	-16,50	-17,30
08:56:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,20	-19,70	-19,00	-16,50	-17,50	-19,00	-17,40	-16,50	-17,30
08:57:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,20	-19,90	-19,00	-16,50	-17,50	-19,00	-17,50	-16,50	-17,40
08:58:00	-17,90	-18,40	-19,70	-17,20	-20,00	-19,10	-16,50	-17,60	-19,10	-17,50	-16,50	-17,40
08:59:00	-18,00	-18,50	-19,80	-17,30	-20,00	-19,20	-16,50	-17,70	-19,20	-17,60	-16,50	-17,40
09:00:00	-18,00	-18,60	-19,90	-17,40	-20,20	-19,20	-16,50	-17,70	-19,20	-17,70	-16,50	-17,50
09:01:00	-18,10	-18,80	-20,00	-17,40	-20,30	-19,30	-16,60	-17,80	-19,30	-17,80	-16,60	-17,50
09:02:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,50	-19,40	-16,60	-17,80	-19,40	-17,80	-16,60	-17,60
09:03:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,50	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,70	-17,70
09:04:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,50	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,70	-17,70
09:05:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,50	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,70	-17,70
09:06:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,40	-19,40	-16,70	-17,80	-19,40	-17,80	-16,70	-17,70
09:07:00	-18,20	-18,70	-19,90	-17,40	-20,30	-19,40	-16,70	-17,80	-19,40	-17,80	-16,70	-17,60

Tabular Report

23/08/2017 10:36:11, Descr. Freezer - Door Open Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
09:08:00	-18,10	-18,60	-19,80	-17,40	-20,20	-19,20	-16,70	-17,80	-19,30	-17,80	-16,70	-17,60
09:09:00	-18,00	-18,40	-19,60	-17,30	-20,00	-19,20	-16,60	-17,60	-19,20	-17,70	-16,70	-17,50
09:10:00	-18,00	-18,30	-19,60	-17,20	-19,90	-19,10	-16,60	-17,60	-19,10	-17,60	-16,60	-17,40
09:11:00	-17,90	-18,20	-19,50	-17,20	-19,70	-18,90	-16,50	-17,50	-19,00	-17,50	-16,60	-17,40
09:12:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,60	-18,90	-16,50	-17,50	-18,90	-17,50	-16,50	-17,40
09:13:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
09:14:00	-17,80	-18,10	-19,30	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
09:15:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,50	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
09:16:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,60	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
09:17:00	-17,80	-18,20	-19,40	-17,10	-19,60	-18,80	-16,40	-17,40	-18,80	-17,40	-16,50	-17,30
09:18:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,10	-19,60	-18,90	-16,40	-17,40	-18,90	-17,40	-16,50	-17,30
09:19:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,10	-19,70	-19,00	-16,40	-17,50	-19,00	-17,40	-16,50	-17,30
09:20:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,20	-19,90	-19,00	-16,50	-17,50	-19,00	-17,50	-16,50	-17,40
09:21:00	-17,90	-18,40	-19,70	-17,20	-20,00	-19,10	-16,50	-17,60	-19,10	-17,50	-16,50	-17,40
09:22:00	-17,90	-18,50	-19,80	-17,30	-20,10	-19,20	-16,50	-17,60	-19,20	-17,60	-16,50	-17,40
09:23:00	-18,00	-18,60	-19,90	-17,40	-20,20	-19,20	-16,50	-17,70	-19,20	-17,60	-16,50	-17,50
09:24:00	-18,10	-18,80	-20,00	-17,40	-20,30	-19,30	-16,50	-17,80	-19,30	-17,80	-16,60	-17,50
09:25:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,50	-19,40	-16,60	-17,80	-19,40	-17,80	-16,70	-17,60
09:26:00	-18,20	-18,80	-20,10	-17,50	-20,50	-19,50	-16,60	-17,80	-19,50	-17,80	-16,70	-17,70
09:27:00	-18,30	-18,90	-20,10	-17,50	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,80	-17,70
09:28:00	-18,30	-18,80	-20,00	-17,50	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,80	-17,70
09:29:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,80	-17,70
09:30:00	-18,20	-18,80	-19,80	-17,40	-20,30	-19,30	-16,70	-17,70	-19,30	-17,80	-16,80	-17,60
09:31:00	-17,50	-18,10	-18,60	-16,80	-19,40	-18,20	-16,50	-16,70	-18,00	-16,90	-16,50	-17,00
09:32:00	-16,40	-16,80	-16,50	-15,80	-17,50	-16,30	-15,80	-15,40	-15,90	-15,30	-15,60	-15,50
09:33:00	-15,10	-15,10	-14,40	-14,50	-15,10	-14,00	-14,80	-14,00	-13,50	-13,30	-14,70	-13,40
09:34:00	-14,30	-13,40	-12,70	-13,50	-12,90	-12,10	-13,90	-13,20	-11,50	-11,40	-13,80	-11,50
09:35:00	-13,60	-11,90	-11,30	-12,70	-11,20	-10,60	-13,30	-12,50	-10,00	-9,80	-13,10	-9,90
09:36:00	-13,00	-10,60	-10,20	-12,00	-9,80	-9,60	-12,60	-12,00	-9,00	-8,60	-12,40	-8,60
09:37:00	-12,40	-9,70	-9,30	-11,50	-8,90	-8,80	-12,00	-11,40	-8,20	-7,70	-11,90	-7,60
09:38:00	-11,90	-9,00	-8,60	-10,90	-8,10	-8,10	-11,50	-10,90	-7,60	-6,90	-11,40	-6,90
09:39:00	-11,40	-8,50	-8,10	-10,50	-7,50	-7,70	-11,00	-10,50	-7,20	-6,30	-10,90	-6,20
09:40:00	-10,80	-8,10	-7,70	-10,00	-7,00	-7,30	-10,50	-10,00	-6,90	-5,80	-10,50	-5,70
09:41:00	-10,50	-7,90	-7,40	-9,60	-6,60	-7,10	-10,10	-9,60	-6,70	-5,40	-10,10	-5,30
09:42:00	-10,10	-7,70	-7,10	-9,20	-6,20	-7,00	-9,70	-9,30	-6,50	-5,20	-9,70	-5,10
09:43:00	-9,70	-7,50	-7,00	-9,00	-5,90	-6,90	-9,50	-9,00	-6,40	-5,00	-9,40	-5,00

Tabular Report

23/08/2017 10:36:11, Descr. Freezer - Door Open Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
09:44:00	-9,50	-7,50	-7,00	-8,70	-5,80	-6,80	-9,20	-8,80	-6,40	-5,00	-9,10	-4,90
09:45:00	-9,30	-7,40	-7,00	-8,50	-5,70	-6,90	-9,00	-8,60	-6,40	-4,90	-9,00	-4,80
09:46:00	-9,10	-7,40	-7,00	-8,30	-5,70	-6,90	-8,70	-8,40	-6,50	-4,90	-8,70	-4,80
09:47:00	-9,00	-7,40	-7,00	-8,20	-5,80	-7,00	-8,50	-8,30	-6,60	-5,00	-8,50	-4,90
09:48:00	-8,90	-7,50	-7,10	-8,10	-5,90	-7,10	-8,40	-8,20	-6,70	-5,00	-8,30	-5,00
09:49:00	-8,80	-7,60	-7,30	-8,00	-6,10	-7,20	-8,20	-8,20	-6,90	-5,20	-8,20	-5,00
09:50:00	-8,70	-7,70	-7,50	-8,00	-6,40	-7,40	-8,20	-8,20	-7,10	-5,30	-8,00	-5,20
09:51:00	-8,70	-7,90	-7,70	-8,00	-6,70	-7,60	-8,10	-8,20	-7,30	-5,50	-8,00	-5,40
09:52:00	-8,70	-8,00	-7,90	-8,10	-7,00	-7,90	-8,10	-8,20	-7,60	-5,70	-8,00	-5,60
09:53:00	-8,70	-8,10	-8,10	-8,10	-7,20	-8,00	-8,10	-8,30	-7,80	-6,00	-7,90	-5,80
09:54:00	-8,70	-8,30	-8,40	-8,20	-7,50	-8,30	-8,10	-8,40	-8,00	-6,20	-7,90	-6,10
09:55:00	-8,80	-8,50	-8,70	-8,30	-7,90	-8,60	-8,20	-8,50	-8,30	-6,40	-7,90	-6,30
09:56:00	-8,80	-8,70	-9,00	-8,50	-8,10	-8,90	-8,30	-8,60	-8,60	-6,70	-7,90	-6,60
09:57:00	-8,90	-8,90	-9,20	-8,60	-8,50	-9,20	-8,40	-8,80	-9,00	-7,00	-7,90	-6,90
09:58:00	-9,00	-9,00	-9,50	-8,70	-8,80	-9,50	-8,50	-8,90	-9,20	-7,20	-8,00	-7,10
09:59:00	-9,10	-9,30	-9,70	-8,90	-9,10	-9,70	-8,60	-9,00	-9,50	-7,50	-8,00	-7,40
10:00:00	-9,20	-9,50	-10,00	-9,00	-9,50	-10,00	-8,80	-9,10	-9,80	-7,70	-8,00	-7,70
10:01:00	-9,40	-9,70	-10,30	-9,10	-9,70	-10,30	-8,90	-9,30	-10,10	-8,00	-8,20	-8,00
10:02:00	-9,50	-9,90	-10,50	-9,30	-10,10	-10,60	-9,00	-9,50	-10,40	-8,20	-8,30	-8,20
10:03:00	-9,70	-10,20	-10,80	-9,50	-10,50	-10,90	-9,10	-9,70	-10,60	-8,50	-8,40	-8,50
10:04:00	-9,80	-10,40	-11,10	-9,70	-10,70	-11,20	-9,30	-9,80	-11,00	-8,80	-8,60	-8,80
10:05:00	-10,00	-10,60	-11,40	-9,80	-11,10	-11,40	-9,50	-10,10	-11,30	-9,00	-8,80	-9,00
10:06:00	-10,20	-10,90	-11,60	-10,00	-11,40	-11,70	-9,60	-10,30	-11,50	-9,30	-9,00	-9,30
10:07:00	-10,40	-11,10	-11,90	-10,20	-11,70	-12,00	-9,70	-10,50	-11,80	-9,60	-9,10	-9,50
10:08:00	-10,50	-11,40	-12,10	-10,40	-12,00	-12,20	-9,90	-10,60	-12,10	-9,70	-9,30	-9,70
10:09:00	-10,70	-11,60	-12,40	-10,50	-12,30	-12,50	-10,10	-10,80	-12,40	-10,00	-9,50	-10,00
10:10:00	-10,90	-11,80	-12,70	-10,70	-12,70	-12,70	-10,20	-11,10	-12,70	-10,30	-9,70	-10,30
10:11:00	-11,20	-12,00	-12,90	-10,90	-12,90	-13,00	-10,40	-11,30	-12,90	-10,50	-9,80	-10,50
10:12:00	-11,40	-12,30	-13,20	-11,10	-13,30	-13,20	-10,50	-11,40	-13,20	-10,80	-10,00	-10,80
10:13:00	-11,50	-12,50	-13,40	-11,30	-13,60	-13,40	-10,70	-11,60	-13,40	-11,00	-10,20	-11,00
10:14:00	-11,80	-12,70	-13,70	-11,50	-13,90	-13,70	-10,90	-11,80	-13,60	-11,30	-10,40	-11,30
10:15:00	-12,00	-13,00	-14,00	-11,70	-14,10	-14,00	-11,00	-12,00	-13,90	-11,50	-10,50	-11,50
10:16:00	-12,10	-13,20	-14,10	-11,90	-14,40	-14,10	-11,20	-12,20	-14,10	-11,70	-10,70	-11,70
10:17:00	-12,30	-13,40	-14,40	-12,00	-14,70	-14,40	-11,40	-12,40	-14,30	-12,00	-10,90	-12,00
10:18:00	-12,60	-13,60	-14,60	-12,20	-15,00	-14,50	-11,50	-12,60	-14,50	-12,10	-11,10	-12,10
10:19:00	-12,70	-13,90	-14,80	-12,40	-15,20	-14,80	-11,60	-12,70	-14,80	-12,40	-11,30	-12,40

This report is only valid in combination with the validation report

Tabular Report

23/08/2017 10:36:11, Descr. Freezer - Door Open Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
10:20:00	-12,90	-14,00	-15,00	-12,60	-15,50	-15,00	-11,80	-12,90	-15,00	-12,60	-11,40	-12,60
10:21:00	-13,10	-14,30	-15,30	-12,70	-15,70	-15,10	-12,00	-13,10	-15,20	-12,70	-11,60	-12,80
10:22:00	-13,30	-14,50	-15,50	-12,80	-16,00	-15,40	-12,00	-13,30	-15,40	-13,00	-11,80	-13,00
10:23:00	-13,50	-14,60	-15,70	-13,00	-16,10	-15,50	-12,20	-13,40	-15,60	-13,20	-12,00	-13,20
10:24:00	-13,70	-14,90	-15,90	-13,10	-16,40	-15,70	-12,40	-13,60	-15,80	-13,40	-12,10	-13,40
10:25:00	-13,90	-15,00	-16,00	-13,30	-16,60	-15,90	-12,50	-13,70	-16,00	-13,50	-12,30	-13,60
10:26:00	-14,00	-15,20	-16,20	-13,40	-16,80	-16,00	-12,70	-13,90	-16,10	-13,70	-12,40	-13,80
10:27:00	-14,10	-15,40	-16,50	-13,60	-17,00	-16,20	-12,80	-14,00	-16,30	-14,00	-12,60	-14,00
10:28:00	-14,30	-15,60	-16,60	-13,70	-17,20	-16,40	-12,90	-14,20	-16,50	-14,10	-12,70	-14,10
10:29:00	-14,50	-15,80	-16,80	-13,90	-17,40	-16,60	-13,10	-14,30	-16,70	-14,30	-12,90	-14,30
10:30:00	-14,60	-16,00	-17,00	-14,00	-17,60	-16,80	-13,20	-14,50	-16,90	-14,50	-13,00	-14,50
10:31:00	-14,80	-16,10	-17,10	-14,20	-17,80	-16,90	-13,40	-14,50	-17,00	-14,60	-13,20	-14,70
10:32:00	-15,00	-16,30	-17,30	-14,30	-17,90	-17,00	-13,50	-14,70	-17,20	-14,80	-13,30	-14,80
10:33:00	-15,10	-16,40	-17,40	-14,50	-18,10	-17,20	-13,60	-14,90	-17,30	-15,00	-13,40	-15,00
10:34:00	-15,30	-16,50	-17,60	-14,60	-18,30	-17,40	-13,80	-15,00	-17,40	-15,10	-13,60	-15,10
10:35:00	-15,50	-16,70	-17,80	-14,70	-18,50	-17,50	-13,90	-15,10	-17,60	-15,30	-13,70	-15,30
10:36:00	-15,60	-16,90	-17,90	-14,90	-18,70	-17,60	-14,00	-15,30	-17,80	-15,40	-13,80	-15,50
10:37:00	-15,70	-17,00	-18,10	-15,00	-18,80	-17,80	-14,10	-15,40	-17,90	-15,50	-14,00	-15,60
10:38:00	-15,90	-17,10	-18,30	-15,20	-19,00	-17,90	-14,20	-15,50	-18,00	-15,70	-14,00	-15,70
10:39:00	-16,00	-17,30	-18,40	-15,30	-19,10	-18,10	-14,40	-15,60	-18,20	-15,80	-14,20	-15,90
10:40:00	-16,10	-17,40	-18,50	-15,50	-19,20	-18,20	-14,50	-15,80	-18,30	-16,00	-14,30	-16,00
10:41:00	-16,30	-17,60	-18,70	-15,60	-19,40	-18,30	-14,60	-15,90	-18,40	-16,10	-14,50	-16,20
10:42:00	-16,50	-17,70	-18,80	-15,70	-19,60	-18,40	-14,70	-16,00	-18,50	-16,20	-14,50	-16,30
10:43:00	-16,50	-17,80	-18,90	-15,90	-19,70	-18,60	-14,90	-16,20	-18,70	-16,40	-14,70	-16,50
10:44:00	-16,70	-18,00	-19,10	-16,00	-19,90	-18,70	-15,00	-16,30	-18,80	-16,50	-14,80	-16,50
10:45:00	-16,90	-18,10	-19,20	-16,10	-20,00	-18,80	-15,10	-16,40	-18,90	-16,60	-15,00	-16,70
10:46:00	-17,00	-18,30	-19,30	-16,20	-20,10	-18,90	-15,20	-16,50	-19,00	-16,80	-15,00	-16,80
10:47:00	-17,10	-18,30	-19,50	-16,30	-20,30	-19,10	-15,30	-16,60	-19,10	-16,90	-15,20	-17,00
10:48:00	-17,20	-18,40	-19,60	-16,50	-20,40	-19,20	-15,50	-16,80	-19,20	-17,00	-15,30	-17,00
10:49:00	-17,40	-18,60	-19,70	-16,50	-20,50	-19,20	-15,50	-16,90	-19,30	-17,10	-15,40	-17,20
10:50:00	-17,40	-18,70	-19,70	-16,60	-20,60	-19,30	-15,60	-17,00	-19,40	-17,20	-15,50	-17,30
10:51:00	-17,50	-18,70	-19,80	-16,70	-20,60	-19,40	-15,70	-17,00	-19,40	-17,30	-15,50	-17,40
10:52:00	-17,50	-18,70	-19,80	-16,80	-20,60	-19,40	-15,80	-17,00	-19,40	-17,30	-15,60	-17,40
10:53:00	-17,60	-18,70	-19,70	-16,80	-20,50	-19,40	-15,90	-17,00	-19,40	-17,30	-15,70	-17,40
10:54:00	-17,60	-18,60	-19,60	-16,80	-20,40	-19,30	-15,90	-17,00	-19,40	-17,30	-15,80	-17,40
10:55:00	-17,50	-18,50	-19,60	-16,80	-20,30	-19,20	-15,90	-17,00	-19,30	-17,30	-15,80	-17,40

Tabular Report

23/08/2017 10:36:11, Descr. Freezer - Door Open Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
10:56:00	-17,50	-18,40	-19,50	-16,70	-20,10	-19,20	-16,00	-17,00	-19,20	-17,30	-15,80	-17,40
10:57:00	-17,40	-18,30	-19,30	-16,70	-20,00	-19,10	-15,90	-17,00	-19,10	-17,20	-15,80	-17,30
10:58:00	-17,40	-18,20	-19,20	-16,60	-19,80	-18,90	-15,90	-16,90	-19,00	-17,20	-15,80	-17,20
10:59:00	-17,40	-18,10	-19,20	-16,60	-19,60	-18,80	-15,90	-16,90	-18,90	-17,10	-15,70	-17,20
11:00:00	-17,30	-18,00	-19,10	-16,50	-19,50	-18,80	-15,90	-16,80	-18,80	-17,10	-15,70	-17,10
11:01:00	-17,30	-17,90	-19,00	-16,50	-19,50	-18,80	-15,90	-16,80	-18,80	-17,10	-15,70	-17,10
11:02:00	-17,20	-17,90	-19,00	-16,50	-19,40	-18,70	-15,80	-16,80	-18,80	-17,10	-15,60	-17,10
11:03:00	-17,20	-17,90	-19,00	-16,50	-19,40	-18,80	-15,80	-16,80	-18,80	-17,10	-15,60	-17,10
11:04:00	-17,20	-17,90	-19,10	-16,50	-19,40	-18,80	-15,80	-16,80	-18,80	-17,10	-15,60	-17,10
11:05:00	-17,20	-17,90	-19,10	-16,50	-19,50	-18,80	-15,80	-16,80	-18,80	-17,10	-15,60	-17,10
11:06:00	-17,20	-18,00	-19,20	-16,50	-19,50	-18,80	-15,80	-16,80	-18,80	-17,10	-15,70	-17,10
11:07:00	-17,30	-18,00	-19,20	-16,60	-19,60	-18,90	-15,80	-16,90	-18,90	-17,10	-15,70	-17,10
11:08:00	-17,30	-18,10	-19,20	-16,60	-19,70	-18,90	-15,90	-16,90	-19,00	-17,10	-15,70	-17,10
11:09:00	-17,40	-18,20	-19,30	-16,70	-19,80	-19,00	-15,90	-17,00	-19,10	-17,20	-15,70	-17,20
11:10:00	-17,40	-18,30	-19,40	-16,70	-19,90	-19,10	-15,90	-17,00	-19,20	-17,20	-15,80	-17,20
11:11:00	-17,50	-18,30	-19,50	-16,80	-20,00	-19,20	-16,00	-17,00	-19,20	-17,30	-15,80	-17,30
11:12:00	-17,50	-18,40	-19,60	-16,90	-20,10	-19,20	-16,00	-17,10	-19,30	-17,40	-15,90	-17,40
11:13:00	-17,60	-18,50	-19,70	-16,90	-20,20	-19,30	-16,00	-17,20	-19,40	-17,40	-15,90	-17,40
11:14:00	-17,70	-18,60	-19,80	-17,00	-20,40	-19,40	-16,10	-17,30	-19,40	-17,40	-16,00	-17,40
11:15:00	-17,80	-18,70	-19,90	-17,00	-20,50	-19,50	-16,20	-17,40	-19,50	-17,50	-16,00	-17,50
11:16:00	-17,90	-18,80	-20,00	-17,10	-20,60	-19,60	-16,20	-17,40	-19,60	-17,60	-16,00	-17,60
11:17:00	-17,90	-18,80	-20,00	-17,20	-20,70	-19,60	-16,30	-17,40	-19,60	-17,70	-16,10	-17,70
11:18:00	-18,00	-18,80	-20,10	-17,20	-20,80	-19,70	-16,40	-17,50	-19,70	-17,70	-16,20	-17,70
11:19:00	-18,00	-18,80	-20,00	-17,30	-20,80	-19,70	-16,40	-17,50	-19,70	-17,80	-16,20	-17,80
11:20:00	-18,00	-18,80	-20,00	-17,30	-20,70	-19,60	-16,50	-17,50	-19,70	-17,80	-16,30	-17,80
11:21:00	-18,00	-18,80	-20,00	-17,20	-20,60	-19,60	-16,50	-17,50	-19,60	-17,80	-16,30	-17,80
11:22:00	-18,00	-18,80	-19,90	-17,20	-20,50	-19,60	-16,50	-17,40	-19,60	-17,70	-16,30	-17,70
11:23:00	-17,90	-18,60	-19,80	-17,10	-20,40	-19,50	-16,50	-17,40	-19,50	-17,60	-16,30	-17,70
11:24:00	-17,80	-18,50	-19,60	-17,10	-20,20	-19,30	-16,40	-17,40	-19,30	-17,60	-16,30	-17,60
11:25:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,00	-20,00	-19,20	-16,40	-17,30	-19,20	-17,50	-16,20	-17,50
11:26:00	-17,80	-18,20	-19,40	-17,00	-19,90	-19,10	-16,40	-17,30	-19,10	-17,40	-16,20	-17,40
11:27:00	-17,70	-18,10	-19,40	-17,00	-19,70	-19,00	-16,30	-17,20	-19,00	-17,40	-16,10	-17,40
11:28:00	-17,60	-18,10	-19,30	-16,90	-19,60	-19,00	-16,30	-17,20	-19,00	-17,40	-16,10	-17,40
11:29:00	-17,60	-18,00	-19,30	-16,90	-19,60	-18,90	-16,30	-17,10	-18,90	-17,40	-16,00	-17,40
11:30:00	-17,60	-18,00	-19,30	-16,90	-19,60	-18,90	-16,20	-17,10	-18,90	-17,40	-16,00	-17,40
11:31:00	-17,50	-18,10	-19,30	-16,90	-19,60	-18,90	-16,20	-17,10	-18,90	-17,40	-16,00	-17,40

Tabular Report

23/08/2017 10:36:11, Descr. Freezer - Door Open Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
11:32:00	-17,50	-18,10	-19,30	-16,90	-19,70	-19,00	-16,20	-17,10	-19,00	-17,40	-16,00	-17,40
11:33:00	-17,60	-18,10	-19,40	-16,90	-19,80	-19,00	-16,20	-17,20	-19,00	-17,40	-16,00	-17,40
11:34:00	-17,60	-18,20	-19,40	-16,90	-19,80	-19,10	-16,20	-17,20	-19,10	-17,40	-16,00	-17,40
11:35:00	-17,60	-18,30	-19,50	-17,00	-20,00	-19,10	-16,20	-17,20	-19,10	-17,40	-16,10	-17,40
11:36:00	-17,70	-18,30	-19,60	-17,00	-20,00	-19,20	-16,20	-17,30	-19,20	-17,40	-16,10	-17,40
11:37:00	-17,80	-18,40	-19,60	-17,00	-20,10	-19,20	-16,20	-17,30	-19,20	-17,40	-16,10	-17,40
11:38:00	-17,80	-18,50	-19,70	-17,00	-20,30	-19,30	-16,30	-17,40	-19,30	-17,50	-16,20	-17,50
11:39:00	-17,80	-18,60	-19,80	-17,10	-20,40	-19,40	-16,30	-17,40	-19,40	-17,50	-16,20	-17,50
11:40:00	-17,90	-18,70	-19,90	-17,20	-20,50	-19,50	-16,40	-17,50	-19,50	-17,60	-16,30	-17,60
11:41:00	-18,00	-18,80	-20,00	-17,30	-20,60	-19,60	-16,40	-17,50	-19,60	-17,70	-16,30	-17,70
11:42:00	-18,10	-18,80	-20,00	-17,30	-20,80	-19,60	-16,50	-17,60	-19,60	-17,80	-16,40	-17,80
11:43:00	-18,10	-18,90	-20,10	-17,40	-20,90	-19,70	-16,50	-17,70	-19,70	-17,80	-16,40	-17,80
11:44:00	-18,20	-18,90	-20,10	-17,40	-20,90	-19,70	-16,50	-17,70	-19,70	-17,80	-16,50	-17,80
11:45:00	-18,20	-18,90	-20,10	-17,40	-20,90	-19,80	-16,50	-17,70	-19,70	-17,80	-16,50	-17,80
11:46:00	-18,20	-18,90	-20,00	-17,40	-20,80	-19,70	-16,60	-17,70	-19,70	-17,80	-16,50	-17,80
11:47:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,70	-19,70	-16,60	-17,70	-19,60	-17,80	-16,50	-17,80
11:48:00	-18,10	-18,80	-19,90	-17,40	-20,60	-19,60	-16,60	-17,60	-19,60	-17,80	-16,50	-17,80
11:49:00	-18,00	-18,60	-19,80	-17,30	-20,50	-19,50	-16,50	-17,60	-19,50	-17,80	-16,50	-17,80
11:50:00	-18,00	-18,50	-19,70	-17,20	-20,20	-19,40	-16,50	-17,50	-19,30	-17,70	-16,50	-17,70
11:51:00	-17,90	-18,30	-19,60	-17,20	-20,00	-19,20	-16,50	-17,40	-19,20	-17,60	-16,50	-17,60
11:52:00	-17,80	-18,30	-19,50	-17,10	-19,90	-19,20	-16,50	-17,40	-19,20	-17,50	-16,40	-17,50
11:53:00	-17,80	-18,20	-19,40	-17,00	-19,80	-19,10	-16,50	-17,40	-19,00	-17,50	-16,40	-17,50
11:54:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,00	-19,70	-19,00	-16,40	-17,30	-19,00	-17,50	-16,30	-17,40
11:55:00	-17,70	-18,10	-19,30	-17,00	-19,70	-19,00	-16,40	-17,30	-19,00	-17,40	-16,30	-17,40
11:56:00	-17,70	-18,10	-19,30	-17,00	-19,70	-19,00	-16,40	-17,30	-19,00	-17,40	-16,30	-17,40
11:57:00	-17,70	-18,10	-19,40	-17,00	-19,80	-19,00	-16,30	-17,30	-19,00	-17,40	-16,30	-17,40
11:58:00	-17,70	-18,10	-19,40	-17,00	-19,80	-19,00	-16,30	-17,30	-19,00	-17,40	-16,20	-17,40
11:59:00	-17,70	-18,20	-19,40	-17,00	-19,90	-19,10	-16,30	-17,30	-19,00	-17,40	-16,20	-17,40
12:00:00	-17,70	-18,30	-19,50	-17,00	-20,00	-19,10	-16,30	-17,40	-19,10	-17,40	-16,20	-17,40