

Tabular Report

23/08/2017 10:36:47, Descr. Freezer - Power Failure Test

DIY Temperature Mapping

24/07/2017

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
12:00:00	-17,70	-18,30	-19,50	-17,00	-20,00	-19,10	-16,30	-17,40	-19,10	-17,40	-16,20	-17,40
12:01:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,00	-20,00	-19,20	-16,30	-17,40	-19,20	-17,50	-16,30	-17,40
12:02:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,10	-20,20	-19,20	-16,40	-17,40	-19,20	-17,50	-16,30	-17,50
12:03:00	-17,80	-18,40	-19,70	-17,10	-20,30	-19,30	-16,40	-17,40	-19,20	-17,50	-16,30	-17,50
12:04:00	-17,90	-18,50	-19,80	-17,20	-20,40	-19,40	-16,40	-17,50	-19,30	-17,60	-16,40	-17,60
12:05:00	-18,00	-18,60	-19,90	-17,30	-20,50	-19,40	-16,50	-17,60	-19,40	-17,70	-16,40	-17,60
12:06:00	-18,00	-18,70	-20,00	-17,30	-20,60	-19,50	-16,50	-17,60	-19,50	-17,80	-16,40	-17,70
12:07:00	-18,10	-18,80	-20,00	-17,40	-20,80	-19,60	-16,50	-17,70	-19,60	-17,80	-16,50	-17,80
12:08:00	-18,20	-18,80	-20,10	-17,40	-20,90	-19,60	-16,50	-17,80	-19,60	-17,80	-16,50	-17,80
12:09:00	-18,30	-18,90	-20,10	-17,40	-21,00	-19,70	-16,60	-17,80	-19,60	-17,90	-16,50	-17,90
12:10:00	-18,30	-18,90	-20,10	-17,50	-21,00	-19,70	-16,60	-17,80	-19,60	-17,90	-16,60	-17,90
12:11:00	-18,30	-18,90	-20,10	-17,50	-21,00	-19,70	-16,70	-17,80	-19,60	-17,90	-16,60	-17,90
12:12:00	-18,30	-18,80	-20,10	-17,40	-20,90	-19,70	-16,70	-17,80	-19,60	-17,90	-16,60	-17,90
12:13:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,70	-19,60	-16,70	-17,80	-19,60	-17,90	-16,60	-17,90
12:14:00	-18,20	-18,70	-19,90	-17,40	-20,50	-19,60	-16,60	-17,70	-19,50	-17,80	-16,60	-17,80
12:15:00	-18,10	-18,60	-19,80	-17,30	-20,40	-19,40	-16,60	-17,60	-19,30	-17,80	-16,60	-17,80
12:16:00	-18,00	-18,40	-19,60	-17,30	-20,20	-19,30	-16,60	-17,60	-19,20	-17,70	-16,50	-17,70
12:17:00	-17,90	-18,30	-19,60	-17,20	-20,00	-19,20	-16,50	-17,50	-19,20	-17,60	-16,50	-17,60
12:18:00	-17,90	-18,30	-19,50	-17,20	-19,90	-19,10	-16,50	-17,40	-19,00	-17,60	-16,50	-17,60
12:19:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,10	-19,80	-19,00	-16,50	-17,40	-19,00	-17,60	-16,50	-17,50
12:20:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,80	-19,00	-16,50	-17,40	-18,90	-17,50	-16,40	-17,50
12:21:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,80	-19,00	-16,50	-17,40	-18,90	-17,50	-16,40	-17,50
12:22:00	-17,80	-18,20	-19,40	-17,00	-19,80	-19,00	-16,40	-17,40	-18,90	-17,50	-16,40	-17,50
12:23:00	-17,80	-18,20	-19,40	-17,00	-19,90	-19,00	-16,40	-17,40	-18,90	-17,50	-16,30	-17,50
12:24:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,00	-19,90	-19,10	-16,40	-17,40	-19,00	-17,50	-16,30	-17,50
12:25:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,10	-20,00	-19,10	-16,40	-17,40	-19,00	-17,50	-16,30	-17,50
12:26:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,10	-20,10	-19,20	-16,40	-17,40	-19,10	-17,50	-16,30	-17,50
12:27:00	-17,80	-18,40	-19,60	-17,10	-20,20	-19,20	-16,40	-17,40	-19,20	-17,50	-16,40	-17,50
12:28:00	-17,90	-18,50	-19,70	-17,20	-20,30	-19,20	-16,40	-17,50	-19,20	-17,60	-16,40	-17,60
12:29:00	-17,90	-18,60	-19,80	-17,20	-20,50	-19,30	-16,50	-17,50	-19,20	-17,60	-16,40	-17,60
12:30:00	-18,00	-18,60	-19,90	-17,30	-20,50	-19,40	-16,50	-17,60	-19,30	-17,70	-16,40	-17,70
12:31:00	-18,10	-18,80	-20,00	-17,40	-20,70	-19,50	-16,50	-17,70	-19,40	-17,80	-16,50	-17,80

Tabular Report

23/08/2017 10:36:47, Descr. Freezer - Power Failure Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
12:32:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,80	-19,60	-16,50	-17,80	-19,50	-17,80	-16,50	-17,80
12:33:00	-18,20	-18,90	-20,10	-17,40	-20,90	-19,60	-16,60	-17,80	-19,60	-17,80	-16,50	-17,80
12:34:00	-18,30	-18,90	-20,10	-17,40	-21,00	-19,70	-16,60	-17,80	-19,60	-17,90	-16,60	-17,90
12:35:00	-18,30	-18,90	-20,10	-17,40	-20,90	-19,70	-16,60	-17,80	-19,60	-17,90	-16,60	-17,90
12:36:00	-18,30	-18,90	-20,10	-17,40	-20,90	-19,60	-16,70	-17,80	-19,60	-17,90	-16,60	-17,90
12:37:00	-18,30	-18,80	-20,00	-17,40	-20,80	-19,60	-16,70	-17,80	-19,60	-17,90	-16,60	-17,90
12:38:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,60	-19,60	-16,70	-17,80	-19,50	-17,80	-16,60	-17,80
12:39:00	-18,10	-18,70	-19,80	-17,40	-20,50	-19,40	-16,60	-17,70	-19,40	-17,80	-16,60	-17,80
12:40:00	-18,10	-18,50	-19,70	-17,30	-20,30	-19,30	-16,60	-17,60	-19,20	-17,70	-16,50	-17,80
12:41:00	-18,00	-18,30	-19,60	-17,20	-20,10	-19,20	-16,50	-17,50	-19,20	-17,60	-16,50	-17,60
12:42:00	-17,90	-18,30	-19,50	-17,20	-20,00	-19,10	-16,50	-17,50	-19,00	-17,60	-16,50	-17,60
12:43:00	-17,80	-18,20	-19,40	-17,10	-19,80	-19,00	-16,50	-17,40	-18,90	-17,50	-16,50	-17,50
12:44:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,10	-19,80	-18,90	-16,50	-17,40	-18,90	-17,50	-16,40	-17,50
12:45:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,00	-19,70	-18,90	-16,50	-17,40	-18,80	-17,40	-16,40	-17,40
12:46:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,00	-19,70	-18,90	-16,40	-17,40	-18,80	-17,40	-16,40	-17,40
12:47:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,00	-19,70	-18,90	-16,40	-17,40	-18,80	-17,40	-16,30	-17,40
12:48:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,00	-19,80	-18,90	-16,40	-17,40	-18,80	-17,40	-16,30	-17,40
12:49:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,00	-19,90	-18,90	-16,40	-17,40	-18,90	-17,40	-16,30	-17,40
12:50:00	-17,80	-18,30	-19,50	-17,00	-20,00	-19,00	-16,40	-17,40	-18,90	-17,40	-16,30	-17,40
12:51:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,10	-20,00	-19,10	-16,40	-17,40	-19,00	-17,50	-16,30	-17,40
12:52:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,10	-20,10	-19,10	-16,40	-17,40	-19,00	-17,50	-16,30	-17,50
12:53:00	-17,80	-18,40	-19,70	-17,20	-20,30	-19,20	-16,40	-17,50	-19,10	-17,50	-16,40	-17,50
12:54:00	-17,90	-18,50	-19,80	-17,20	-20,40	-19,20	-16,40	-17,50	-19,20	-17,60	-16,40	-17,60
12:55:00	-18,00	-18,60	-19,90	-17,30	-20,50	-19,30	-16,50	-17,60	-19,20	-17,70	-16,40	-17,60
12:56:00	-18,10	-18,70	-20,00	-17,30	-20,60	-19,40	-16,50	-17,60	-19,20	-17,70	-16,50	-17,70
12:57:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,70	-19,50	-16,50	-17,70	-19,30	-17,80	-16,50	-17,80
12:58:00	-18,20	-18,80	-20,10	-17,40	-20,90	-19,60	-16,50	-17,80	-19,40	-17,80	-16,50	-17,80
12:59:00	-18,30	-18,90	-20,20	-17,50	-21,00	-19,60	-16,60	-17,80	-19,50	-17,90	-16,50	-17,90
13:00:00	-18,30	-19,00	-20,30	-17,50	-21,00	-19,60	-16,60	-17,80	-19,50	-18,00	-16,60	-18,00
13:01:00	-18,30	-19,00	-20,30	-17,50	-21,00	-19,60	-16,70	-17,90	-19,60	-18,00	-16,60	-18,00
13:02:00	-18,30	-19,00	-20,20	-17,60	-21,00	-19,60	-16,70	-17,90	-19,60	-18,00	-16,70	-18,00
13:03:00	-18,30	-18,90	-20,20	-17,50	-20,90	-19,60	-16,70	-17,80	-19,50	-18,00	-16,70	-18,00
13:04:00	-18,30	-18,80	-20,10	-17,50	-20,80	-19,60	-16,70	-17,80	-19,40	-17,90	-16,70	-18,00
13:05:00	-18,30	-18,80	-20,00	-17,40	-20,60	-19,50	-16,70	-17,80	-19,40	-17,90	-16,60	-17,90
13:06:00	-18,20	-18,60	-19,90	-17,40	-20,40	-19,30	-16,70	-17,70	-19,20	-17,80	-16,60	-17,80
13:07:00	-18,10	-18,50	-19,70	-17,40	-20,20	-19,20	-16,60	-17,60	-19,20	-17,80	-16,60	-17,80

Tabular Report

23/08/2017 10:36:47, Descr. Freezer - Power Failure Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13:08:00	-18,00	-18,30	-19,60	-17,30	-20,00	-19,10	-16,60	-17,60	-19,00	-17,70	-16,50	-17,70
13:09:00	-18,00	-18,30	-19,60	-17,20	-20,00	-19,00	-16,50	-17,50	-18,90	-17,60	-16,50	-17,60
13:10:00	-17,90	-18,20	-19,50	-17,20	-19,90	-18,90	-16,50	-17,50	-18,80	-17,60	-16,50	-17,60
13:11:00	-17,90	-18,20	-19,50	-17,20	-19,80	-18,90	-16,50	-17,40	-18,80	-17,60	-16,50	-17,50
13:12:00	-17,80	-18,10	-19,50	-17,10	-19,80	-18,90	-16,50	-17,40	-18,80	-17,50	-16,40	-17,50
13:13:00	-17,80	-18,10	-19,50	-17,10	-19,80	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,50	-16,40	-17,50
13:14:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,10	-19,90	-18,90	-16,50	-17,40	-18,80	-17,50	-16,40	-17,50
13:15:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,10	-19,90	-18,90	-16,40	-17,40	-18,80	-17,50	-16,30	-17,50
13:16:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,10	-20,00	-19,00	-16,40	-17,40	-18,90	-17,50	-16,30	-17,50
13:17:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,20	-20,00	-19,00	-16,40	-17,40	-18,90	-17,50	-16,30	-17,50
13:18:00	-17,90	-18,30	-19,70	-17,20	-20,20	-19,10	-16,40	-17,50	-19,00	-17,60	-16,30	-17,60
13:19:00	-17,90	-18,40	-19,70	-17,20	-20,30	-19,10	-16,50	-17,50	-19,00	-17,60	-16,40	-17,60
13:20:00	-18,00	-18,50	-19,80	-17,30	-20,40	-19,20	-16,50	-17,50	-19,10	-17,60	-16,40	-17,60
13:21:00	-18,10	-18,60	-19,90	-17,30	-20,50	-19,20	-16,50	-17,60	-19,20	-17,70	-16,40	-17,70
13:22:00	-18,10	-18,70	-20,00	-17,40	-20,60	-19,30	-16,50	-17,70	-19,20	-17,80	-16,40	-17,80
13:23:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,70	-19,40	-16,50	-17,70	-19,20	-17,80	-16,50	-17,80
13:24:00	-18,30	-18,80	-20,10	-17,40	-20,80	-19,50	-16,60	-17,80	-19,30	-17,80	-16,50	-17,80
13:25:00	-18,30	-18,90	-20,20	-17,50	-20,90	-19,60	-16,60	-17,80	-19,40	-17,90	-16,50	-17,90
13:26:00	-18,30	-19,00	-20,30	-17,60	-21,00	-19,60	-16,70	-17,80	-19,50	-18,00	-16,50	-18,00
13:27:00	-18,40	-19,00	-20,30	-17,60	-21,00	-19,60	-16,70	-17,90	-19,50	-18,00	-16,60	-18,00
13:28:00	-18,40	-19,00	-20,30	-17,60	-21,00	-19,60	-16,70	-17,90	-19,50	-18,00	-16,60	-18,10
13:29:00	-18,40	-18,90	-20,20	-17,60	-20,90	-19,60	-16,80	-17,90	-19,50	-18,00	-16,60	-18,00
13:30:00	-18,30	-18,90	-20,10	-17,60	-20,80	-19,60	-16,80	-17,80	-19,40	-18,00	-16,60	-18,00
13:31:00	-18,30	-18,80	-20,00	-17,50	-20,60	-19,50	-16,70	-17,80	-19,40	-17,90	-16,60	-18,00
13:32:00	-18,30	-18,70	-19,90	-17,40	-20,50	-19,40	-16,70	-17,80	-19,20	-17,90	-16,60	-17,90
13:33:00	-18,20	-18,50	-19,80	-17,40	-20,30	-19,20	-16,70	-17,70	-19,20	-17,80	-16,50	-17,80
13:34:00	-18,10	-18,30	-19,60	-17,30	-20,00	-19,10	-16,60	-17,60	-19,00	-17,70	-16,50	-17,70
13:35:00	-18,00	-18,20	-19,50	-17,20	-19,80	-19,00	-16,50	-17,40	-18,80	-17,60	-16,50	-17,60
13:36:00	-17,80	-18,00	-19,30	-17,10	-19,60	-18,80	-16,50	-17,40	-18,70	-17,40	-16,40	-17,40
13:37:00	-17,70	-17,80	-19,10	-17,00	-19,30	-18,60	-16,40	-17,20	-18,50	-17,30	-16,30	-17,30
13:38:00	-17,60	-17,50	-18,90	-16,90	-19,10	-18,40	-16,30	-17,10	-18,30	-17,20	-16,20	-17,10
13:39:00	-17,40	-17,30	-18,70	-16,70	-18,80	-18,20	-16,20	-17,00	-18,10	-17,00	-16,10	-17,00
13:40:00	-17,30	-17,10	-18,40	-16,50	-18,60	-18,00	-16,10	-16,80	-17,90	-16,90	-16,00	-16,80
13:41:00	-17,10	-16,90	-18,30	-16,40	-18,30	-17,80	-16,00	-16,70	-17,70	-16,70	-15,90	-16,60
13:42:00	-17,00	-16,60	-18,00	-16,30	-18,00	-17,50	-15,90	-16,50	-17,40	-16,50	-15,70	-16,50
13:43:00	-16,80	-16,40	-17,80	-16,10	-17,80	-17,30	-15,70	-16,40	-17,20	-16,30	-15,50	-16,20

Tabular Report

23/08/2017 10:36:47, Descr. Freezer - Power Failure Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
13:44:00	-16,60	-16,10	-17,50	-16,00	-17,40	-17,10	-15,50	-16,20	-17,00	-16,10	-15,50	-16,00
13:45:00	-16,40	-15,90	-17,30	-15,80	-17,20	-16,90	-15,50	-16,00	-16,70	-15,90	-15,30	-15,80
13:46:00	-16,20	-15,60	-17,00	-15,60	-16,90	-16,60	-15,30	-15,90	-16,50	-15,70	-15,10	-15,60
13:47:00	-16,00	-15,40	-16,80	-15,50	-16,60	-16,40	-15,10	-15,60	-16,30	-15,50	-15,00	-15,40
13:48:00	-15,90	-15,10	-16,50	-15,30	-16,30	-16,10	-15,00	-15,50	-16,00	-15,30	-14,80	-15,20
13:49:00	-15,60	-14,90	-16,30	-15,00	-16,00	-15,90	-14,80	-15,30	-15,80	-15,00	-14,60	-15,00
13:50:00	-15,50	-14,60	-16,00	-14,90	-15,80	-15,60	-14,60	-15,10	-15,50	-14,80	-14,50	-14,70
13:51:00	-15,20	-14,40	-15,80	-14,70	-15,50	-15,40	-14,50	-14,90	-15,30	-14,60	-14,30	-14,50
13:52:00	-15,00	-14,10	-15,50	-14,50	-15,20	-15,10	-14,30	-14,70	-15,00	-14,40	-14,10	-14,30
13:53:00	-14,80	-13,90	-15,30	-14,30	-15,00	-14,90	-14,10	-14,50	-14,80	-14,10	-13,90	-14,00
13:54:00	-14,60	-13,60	-15,00	-14,10	-14,60	-14,60	-14,00	-14,30	-14,50	-13,90	-13,70	-13,80
13:55:00	-14,50	-13,40	-14,80	-14,00	-14,40	-14,40	-13,70	-14,10	-14,30	-13,70	-13,50	-13,60
13:56:00	-14,20	-13,20	-14,50	-13,70	-14,10	-14,10	-13,50	-13,90	-14,00	-13,40	-13,40	-13,40
13:57:00	-14,00	-12,90	-14,30	-13,50	-13,90	-13,90	-13,40	-13,70	-13,80	-13,20	-13,20	-13,10
13:58:00	-13,80	-12,70	-14,10	-13,40	-13,60	-13,60	-13,20	-13,50	-13,50	-13,00	-13,00	-12,80
13:59:00	-13,60	-12,40	-13,90	-13,10	-13,30	-13,40	-13,00	-13,30	-13,30	-12,70	-12,70	-12,60
14:00:00	-13,40	-12,10	-13,60	-12,90	-13,00	-13,10	-12,80	-13,10	-13,00	-12,50	-12,60	-12,40
14:01:00	-13,20	-12,00	-13,40	-12,70	-12,70	-12,90	-12,60	-12,90	-12,70	-12,20	-12,40	-12,10
14:02:00	-12,90	-11,70	-13,10	-12,50	-12,50	-12,70	-12,40	-12,70	-12,60	-12,00	-12,20	-11,90
14:03:00	-12,70	-11,40	-12,80	-12,30	-12,20	-12,40	-12,20	-12,50	-12,30	-11,80	-12,00	-11,60
14:04:00	-12,60	-11,30	-12,70	-12,00	-12,00	-12,10	-12,00	-12,20	-12,00	-11,50	-11,80	-11,40
14:05:00	-12,30	-11,00	-12,40	-11,90	-11,70	-11,90	-11,80	-12,00	-11,80	-11,30	-11,60	-11,20
14:06:00	-12,10	-10,80	-12,10	-11,70	-11,50	-11,60	-11,60	-11,90	-11,60	-11,10	-11,40	-10,90
14:07:00	-11,90	-10,50	-12,00	-11,40	-11,30	-11,40	-11,40	-11,60	-11,40	-10,80	-11,20	-10,70
14:08:00	-11,70	-10,40	-11,70	-11,30	-11,00	-11,20	-11,30	-11,40	-11,10	-10,60	-11,00	-10,50
14:09:00	-11,50	-10,10	-11,40	-11,10	-10,70	-10,90	-11,10	-11,30	-10,90	-10,40	-10,80	-10,30
14:10:00	-11,30	-9,90	-11,30	-10,90	-10,50	-10,70	-10,90	-11,00	-10,60	-10,10	-10,60	-10,00
14:11:00	-11,10	-9,70	-11,00	-10,60	-10,30	-10,50	-10,60	-10,80	-10,40	-9,90	-10,50	-9,80
14:12:00	-10,90	-9,50	-10,80	-10,50	-10,00	-10,20	-10,50	-10,60	-10,20	-9,70	-10,30	-9,60
14:13:00	-10,60	-9,30	-10,50	-10,30	-9,70	-10,00	-10,30	-10,50	-9,90	-9,50	-10,00	-9,40
14:14:00	-10,50	-9,00	-10,40	-10,00	-9,60	-9,70	-10,10	-10,20	-9,70	-9,20	-9,80	-9,10
14:15:00	-10,30	-8,90	-10,10	-9,80	-9,30	-9,60	-9,90	-10,00	-9,50	-9,00	-9,70	-9,00
14:16:00	-10,00	-8,70	-9,90	-9,70	-9,10	-9,30	-9,70	-9,80	-9,30	-8,90	-9,50	-8,70
14:17:00	-9,80	-8,40	-9,70	-9,50	-8,90	-9,10	-9,50	-9,70	-9,00	-8,60	-9,30	-8,50
14:18:00	-9,70	-8,20	-9,50	-9,30	-8,70	-8,90	-9,30	-9,50	-8,90	-8,40	-9,10	-8,30
14:19:00	-9,50	-8,00	-9,30	-9,10	-8,40	-8,70	-9,10	-9,30	-8,60	-8,20	-9,00	-8,00

Tabular Report

23/08/2017 10:36:47, Descr. Freezer - Power Failure Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14:20:00	-9,30	-7,90	-9,00	-8,90	-8,20	-8,50	-9,00	-9,00	-8,40	-8,00	-8,80	-7,90
14:21:00	-9,00	-7,70	-8,90	-8,70	-8,00	-8,20	-8,80	-8,90	-8,20	-7,80	-8,60	-7,70
14:22:00	-8,90	-7,50	-8,70	-8,50	-7,80	-8,00	-8,60	-8,70	-8,00	-7,60	-8,40	-7,40
14:23:00	-8,70	-7,20	-8,40	-8,30	-7,60	-7,80	-8,40	-8,50	-7,80	-7,30	-8,20	-7,20
14:24:00	-8,50	-7,00	-8,20	-8,10	-7,40	-7,60	-8,20	-8,30	-7,60	-7,10	-8,00	-7,00
14:25:00	-8,30	-6,90	-8,00	-8,00	-7,10	-7,40	-8,00	-8,10	-7,40	-7,00	-7,90	-6,90
14:26:00	-8,10	-6,70	-7,90	-7,80	-7,00	-7,20	-7,90	-8,00	-7,20	-6,80	-7,70	-6,70
14:27:00	-8,00	-6,50	-7,70	-7,60	-6,80	-7,00	-7,70	-7,80	-7,00	-6,50	-7,50	-6,40
14:28:00	-7,80	-6,30	-7,40	-7,40	-6,50	-6,80	-7,50	-7,60	-6,80	-6,30	-7,30	-6,20
14:29:00	-7,50	-6,10	-7,20	-7,20	-6,30	-6,60	-7,30	-7,40	-6,60	-6,10	-7,10	-6,00
14:30:00	-7,40	-5,90	-7,00	-7,00	-6,10	-6,40	-7,10	-7,20	-6,40	-5,90	-7,00	-5,80
14:31:00	-7,20	-5,70	-6,90	-6,90	-5,90	-6,20	-7,00	-7,00	-6,20	-5,70	-6,80	-5,60
14:32:00	-7,00	-5,60	-6,80	-6,70	-5,80	-6,00	-6,80	-6,90	-6,00	-5,60	-6,60	-5,50
14:33:00	-7,00	-5,60	-6,70	-6,60	-5,80	-5,90	-6,70	-6,80	-5,90	-5,50	-6,40	-5,30
14:34:00	-6,80	-5,50	-6,60	-6,40	-5,80	-5,80	-6,50	-6,60	-5,80	-5,40	-6,30	-5,30
14:35:00	-6,70	-5,50	-6,60	-6,30	-5,90	-5,80	-6,40	-6,50	-5,80	-5,40	-6,20	-5,20
14:36:00	-6,60	-5,40	-6,50	-6,20	-6,00	-5,90	-6,20	-6,40	-5,80	-5,40	-6,00	-5,20
14:37:00	-6,50	-5,50	-6,50	-6,10	-6,10	-6,00	-6,10	-6,30	-5,90	-5,40	-5,90	-5,20
14:38:00	-6,40	-5,50	-6,60	-6,00	-6,20	-6,20	-6,00	-6,20	-6,00	-5,40	-5,80	-5,30
14:39:00	-6,40	-5,60	-6,70	-6,00	-6,40	-6,30	-5,90	-6,20	-6,10	-5,40	-5,70	-5,30
14:40:00	-6,30	-5,70	-6,80	-6,00	-6,50	-6,50	-5,90	-6,20	-6,20	-5,50	-5,70	-5,40
14:41:00	-6,30	-5,90	-6,90	-6,00	-6,70	-6,80	-5,80	-6,20	-6,40	-5,50	-5,60	-5,40
14:42:00	-6,30	-6,00	-7,00	-6,00	-6,90	-7,00	-5,80	-6,30	-6,70	-5,60	-5,60	-5,50
14:43:00	-6,40	-6,20	-7,10	-6,10	-7,10	-7,20	-5,80	-6,30	-6,90	-5,70	-5,50	-5,60
14:44:00	-6,40	-6,40	-7,30	-6,10	-7,30	-7,40	-5,80	-6,40	-7,00	-5,80	-5,50	-5,70
14:45:00	-6,50	-6,70	-7,50	-6,20	-7,50	-7,70	-5,90	-6,50	-7,30	-6,00	-5,50	-5,90
14:46:00	-6,60	-6,90	-7,70	-6,40	-7,80	-7,90	-5,90	-6,60	-7,50	-6,10	-5,60	-6,00
14:47:00	-6,70	-7,00	-8,00	-6,50	-8,00	-8,10	-6,00	-6,70	-7,80	-6,30	-5,60	-6,20
14:48:00	-6,80	-7,20	-8,10	-6,70	-8,30	-8,40	-6,10	-6,80	-8,00	-6,50	-5,70	-6,30
14:49:00	-6,90	-7,40	-8,40	-6,80	-8,60	-8,70	-6,20	-7,00	-8,30	-6,70	-5,70	-6,50
14:50:00	-7,00	-7,60	-8,60	-7,00	-8,90	-9,00	-6,40	-7,00	-8,50	-6,80	-5,80	-6,70
14:51:00	-7,20	-7,90	-8,90	-7,10	-9,10	-9,20	-6,50	-7,20	-8,90	-7,00	-5,90	-6,90
14:52:00	-7,30	-8,00	-9,10	-7,20	-9,40	-9,50	-6,70	-7,30	-9,10	-7,20	-6,00	-7,00
14:53:00	-7,50	-8,30	-9,40	-7,40	-9,70	-9,70	-6,90	-7,50	-9,40	-7,40	-6,10	-7,30
14:54:00	-7,70	-8,50	-9,70	-7,60	-10,00	-10,00	-7,00	-7,70	-9,70	-7,60	-6,20	-7,50
14:55:00	-7,80	-8,80	-9,80	-7,80	-10,30	-10,30	-7,10	-7,90	-9,90	-7,80	-6,30	-7,70

Tabular Report

23/08/2017 10:36:47, Descr. Freezer - Power Failure Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
14:56:00	-8,00	-9,00	-10,10	-8,00	-10,50	-10,50	-7,30	-8,00	-10,20	-8,00	-6,50	-7,90
14:57:00	-8,10	-9,20	-10,40	-8,10	-10,80	-10,80	-7,50	-8,20	-10,50	-8,20	-6,70	-8,10
14:58:00	-8,30	-9,40	-10,60	-8,30	-11,10	-11,10	-7,70	-8,50	-10,70	-8,40	-6,80	-8,30
14:59:00	-8,50	-9,70	-10,90	-8,50	-11,40	-11,30	-7,90	-8,70	-11,00	-8,60	-7,00	-8,50
15:00:00	-8,80	-9,90	-11,10	-8,70	-11,60	-11,50	-8,00	-8,90	-11,20	-8,80	-7,10	-8,80
15:01:00	-9,00	-10,10	-11,40	-8,90	-11,90	-11,80	-8,20	-9,00	-11,40	-9,00	-7,30	-9,00
15:02:00	-9,10	-10,40	-11,60	-9,10	-12,10	-12,00	-8,40	-9,30	-11,70	-9,20	-7,50	-9,20
15:03:00	-9,30	-10,60	-11,90	-9,30	-12,40	-12,20	-8,60	-9,50	-12,00	-9,40	-7,70	-9,40
15:04:00	-9,60	-10,90	-12,00	-9,50	-12,70	-12,40	-8,80	-9,70	-12,20	-9,70	-7,90	-9,60
15:05:00	-9,70	-11,10	-12,30	-9,70	-12,90	-12,70	-9,00	-9,80	-12,40	-9,80	-8,10	-9,80
15:06:00	-10,00	-11,40	-12,60	-9,80	-13,20	-12,80	-9,10	-10,10	-12,70	-10,00	-8,30	-10,00
15:07:00	-10,20	-11,60	-12,70	-10,00	-13,40	-13,10	-9,20	-10,30	-12,80	-10,30	-8,50	-10,20
15:08:00	-10,40	-11,80	-13,00	-10,30	-13,70	-13,30	-9,40	-10,50	-13,10	-10,50	-8,70	-10,50
15:09:00	-10,60	-12,00	-13,20	-10,50	-14,00	-13,40	-9,60	-10,60	-13,30	-10,60	-9,00	-10,60
15:10:00	-10,80	-12,20	-13,40	-10,60	-14,20	-13,60	-9,70	-10,80	-13,50	-10,90	-9,10	-10,80
15:11:00	-11,00	-12,50	-13,60	-10,80	-14,40	-13,80	-9,90	-11,10	-13,70	-11,10	-9,30	-11,10
15:12:00	-11,30	-12,70	-13,90	-11,00	-14,60	-14,00	-10,10	-11,30	-13,90	-11,30	-9,60	-11,30
15:13:00	-11,40	-12,90	-14,00	-11,20	-14,90	-14,20	-10,30	-11,40	-14,10	-11,40	-9,70	-11,40
15:14:00	-11,60	-13,10	-14,30	-11,40	-15,10	-14,40	-10,50	-11,60	-14,30	-11,70	-9,90	-11,60
15:15:00	-11,90	-13,40	-14,50	-11,60	-15,30	-14,50	-10,60	-11,80	-14,50	-11,90	-10,10	-11,90
15:16:00	-12,00	-13,50	-14,60	-11,80	-15,50	-14,70	-10,80	-12,00	-14,60	-12,00	-10,30	-12,00
15:17:00	-12,20	-13,70	-14,80	-12,00	-15,70	-14,90	-11,00	-12,10	-14,80	-12,20	-10,50	-12,20
15:18:00	-12,50	-13,90	-15,00	-12,10	-15,90	-15,00	-11,10	-12,40	-15,00	-12,40	-10,60	-12,40
15:19:00	-12,70	-14,10	-15,20	-12,30	-16,10	-15,10	-11,30	-12,50	-15,10	-12,60	-10,80	-12,60
15:20:00	-12,90	-14,30	-15,40	-12,50	-16,30	-15,30	-11,40	-12,70	-15,30	-12,70	-11,00	-12,80
15:21:00	-13,10	-14,50	-15,50	-12,70	-16,50	-15,50	-11,60	-12,80	-15,50	-12,90	-11,20	-13,00
15:22:00	-13,30	-14,60	-15,70	-12,80	-16,60	-15,60	-11,80	-13,00	-15,60	-13,10	-11,40	-13,20
15:23:00	-13,40	-14,80	-15,90	-12,90	-16,90	-15,80	-12,00	-13,20	-15,80	-13,30	-11,50	-13,40
15:24:00	-13,60	-15,00	-16,10	-13,10	-17,00	-15,90	-12,10	-13,40	-16,00	-13,40	-11,70	-13,50
15:25:00	-13,80	-15,10	-16,30	-13,30	-17,20	-16,00	-12,20	-13,50	-16,10	-13,60	-11,90	-13,70
15:26:00	-14,00	-15,30	-16,40	-13,40	-17,40	-16,20	-12,40	-13,70	-16,20	-13,80	-12,00	-13,90
15:27:00	-14,20	-15,50	-16,60	-13,60	-17,50	-16,30	-12,60	-13,90	-16,40	-14,00	-12,10	-14,00
15:28:00	-14,40	-15,60	-16,80	-13,70	-17,70	-16,50	-12,70	-14,00	-16,50	-14,10	-12,30	-14,20
15:29:00	-14,50	-15,80	-16,90	-13,90	-17,80	-16,60	-12,80	-14,10	-16,60	-14,30	-12,50	-14,30
15:30:00	-14,70	-15,90	-17,00	-14,00	-18,00	-16,70	-13,00	-14,30	-16,70	-14,50	-12,70	-14,50
15:31:00	-14,90	-16,00	-17,20	-14,20	-18,20	-16,90	-13,10	-14,50	-16,90	-14,50	-12,70	-14,60

Tabular Report

23/08/2017 10:36:47, Descr. Freezer - Power Failure Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
15:32:00	-15,00	-16,20	-17,40	-14,30	-18,30	-17,00	-13,30	-14,50	-17,00	-14,70	-12,90	-14,80
15:33:00	-15,20	-16,30	-17,50	-14,50	-18,50	-17,10	-13,40	-14,70	-17,10	-14,90	-13,10	-14,90
15:34:00	-15,40	-16,50	-17,60	-14,60	-18,60	-17,20	-13,50	-14,90	-17,20	-15,00	-13,20	-15,00
15:35:00	-15,50	-16,60	-17,80	-14,80	-18,80	-17,40	-13,70	-15,00	-17,40	-15,10	-13,40	-15,20
15:36:00	-15,60	-16,70	-17,90	-14,90	-18,90	-17,40	-13,80	-15,10	-17,40	-15,30	-13,40	-15,30
15:37:00	-15,80	-16,90	-18,10	-15,00	-19,00	-17,60	-14,00	-15,30	-17,50	-15,40	-13,60	-15,50
15:38:00	-15,90	-17,00	-18,20	-15,10	-19,20	-17,70	-14,00	-15,40	-17,70	-15,50	-13,70	-15,60
15:39:00	-16,00	-17,10	-18,30	-15,30	-19,30	-17,80	-14,20	-15,50	-17,80	-15,70	-13,90	-15,70
15:40:00	-16,20	-17,20	-18,40	-15,40	-19,40	-17,90	-14,30	-15,60	-17,90	-15,80	-14,00	-15,90
15:41:00	-16,30	-17,40	-18,60	-15,50	-19,60	-18,00	-14,50	-15,80	-18,00	-16,00	-14,10	-16,00
15:42:00	-16,50	-17,40	-18,70	-15,60	-19,60	-18,20	-14,50	-15,90	-18,10	-16,00	-14,20	-16,10
15:43:00	-16,50	-17,60	-18,80	-15,80	-19,80	-18,30	-14,60	-16,00	-18,20	-16,10	-14,40	-16,20
15:44:00	-16,70	-17,70	-18,90	-15,90	-19,90	-18,30	-14,80	-16,10	-18,30	-16,30	-14,50	-16,30
15:45:00	-16,80	-17,80	-19,00	-16,00	-20,00	-18,40	-14,90	-16,20	-18,40	-16,40	-14,50	-16,50
15:46:00	-16,90	-17,90	-19,20	-16,10	-20,00	-18,60	-15,00	-16,40	-18,50	-16,50	-14,70	-16,50
15:47:00	-17,00	-18,00	-19,20	-16,20	-20,20	-18,70	-15,10	-16,50	-18,60	-16,60	-14,80	-16,70
15:48:00	-17,10	-18,10	-19,30	-16,30	-20,30	-18,80	-15,20	-16,50	-18,70	-16,70	-15,00	-16,80
15:49:00	-17,20	-18,30	-19,50	-16,50	-20,40	-18,80	-15,30	-16,70	-18,80	-16,90	-15,00	-16,90
15:50:00	-17,40	-18,30	-19,60	-16,50	-20,50	-18,90	-15,40	-16,80	-18,80	-17,00	-15,10	-17,00
15:51:00	-17,40	-18,40	-19,60	-16,60	-20,60	-19,00	-15,50	-16,90	-18,90	-17,00	-15,30	-17,10
15:52:00	-17,60	-18,50	-19,70	-16,70	-20,70	-19,10	-15,60	-17,00	-19,00	-17,10	-15,40	-17,20
15:53:00	-17,70	-18,60	-19,80	-16,80	-20,80	-19,20	-15,70	-17,00	-19,10	-17,30	-15,50	-17,30
15:54:00	-17,80	-18,70	-19,90	-17,00	-20,90	-19,30	-15,80	-17,10	-19,20	-17,40	-15,50	-17,40
15:55:00	-17,80	-18,80	-20,00	-17,00	-20,90	-19,30	-15,90	-17,20	-19,20	-17,40	-15,60	-17,40
15:56:00	-17,90	-18,80	-20,00	-17,00	-20,90	-19,40	-16,00	-17,30	-19,30	-17,40	-15,70	-17,50
15:57:00	-17,90	-18,80	-20,00	-17,00	-20,90	-19,40	-16,00	-17,30	-19,30	-17,50	-15,80	-17,50
15:58:00	-17,90	-18,80	-19,90	-17,00	-20,80	-19,40	-16,00	-17,30	-19,20	-17,50	-15,90	-17,60
15:59:00	-17,90	-18,70	-19,80	-17,00	-20,60	-19,30	-16,00	-17,30	-19,20	-17,50	-15,90	-17,50
16:00:00	-17,80	-18,60	-19,70	-17,00	-20,50	-19,20	-16,00	-17,20	-19,20	-17,40	-15,90	-17,50
16:01:00	-17,80	-18,50	-19,60	-17,00	-20,30	-19,10	-16,00	-17,20	-19,00	-17,40	-15,90	-17,40
16:02:00	-17,70	-18,30	-19,50	-16,90	-20,10	-19,00	-16,00	-17,10	-18,90	-17,40	-15,90	-17,40
16:03:00	-17,60	-18,30	-19,40	-16,80	-20,00	-18,90	-16,00	-17,00	-18,80	-17,30	-15,80	-17,30
16:04:00	-17,60	-18,10	-19,20	-16,80	-19,80	-18,80	-16,00	-17,00	-18,70	-17,20	-15,80	-17,30
16:05:00	-17,50	-18,00	-19,20	-16,70	-19,70	-18,70	-16,00	-17,00	-18,60	-17,20	-15,80	-17,20
16:06:00	-17,40	-18,00	-19,20	-16,70	-19,60	-18,70	-16,00	-16,90	-18,60	-17,20	-15,70	-17,20
16:07:00	-17,40	-17,90	-19,10	-16,60	-19,60	-18,60	-15,90	-16,90	-18,50	-17,10	-15,70	-17,10

Tabular Report

23/08/2017 10:36:47, Descr. Freezer - Power Failure Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
16:08:00	-17,40	-17,90	-19,10	-16,60	-19,60	-18,60	-15,90	-16,90	-18,50	-17,10	-15,70	-17,10
16:09:00	-17,40	-17,90	-19,10	-16,60	-19,60	-18,60	-15,90	-16,90	-18,50	-17,10	-15,60	-17,10
16:10:00	-17,40	-17,90	-19,10	-16,60	-19,60	-18,60	-15,80	-16,90	-18,60	-17,10	-15,60	-17,10
16:11:00	-17,40	-18,00	-19,20	-16,60	-19,60	-18,70	-15,80	-16,90	-18,60	-17,10	-15,60	-17,10
16:12:00	-17,40	-18,00	-19,20	-16,70	-19,60	-18,70	-15,80	-17,00	-18,70	-17,10	-15,60	-17,10
16:13:00	-17,40	-18,10	-19,20	-16,70	-19,70	-18,80	-15,90	-17,00	-18,70	-17,10	-15,70	-17,10
16:14:00	-17,40	-18,10	-19,30	-16,70	-19,80	-18,80	-15,90	-17,00	-18,80	-17,10	-15,70	-17,10
16:15:00	-17,50	-18,20	-19,40	-16,80	-19,90	-18,80	-15,90	-17,00	-18,80	-17,20	-15,70	-17,20
16:16:00	-17,50	-18,30	-19,40	-16,80	-20,00	-18,90	-16,00	-17,10	-18,80	-17,20	-15,80	-17,20
16:17:00	-17,60	-18,30	-19,50	-16,90	-20,00	-19,00	-16,00	-17,10	-18,90	-17,30	-15,80	-17,30
16:18:00	-17,60	-18,30	-19,60	-17,00	-20,20	-19,00	-16,00	-17,20	-19,00	-17,30	-15,80	-17,30
16:19:00	-17,70	-18,40	-19,60	-17,00	-20,30	-19,10	-16,00	-17,30	-19,00	-17,40	-15,90	-17,40
16:20:00	-17,80	-18,50	-19,70	-17,00	-20,40	-19,20	-16,10	-17,30	-19,10	-17,40	-16,00	-17,40
16:21:00	-17,80	-18,60	-19,80	-17,10	-20,50	-19,20	-16,10	-17,40	-19,20	-17,50	-16,00	-17,50
16:22:00	-17,90	-18,70	-19,90	-17,10	-20,50	-19,30	-16,20	-17,40	-19,20	-17,60	-16,00	-17,50
16:23:00	-17,90	-18,80	-20,00	-17,20	-20,70	-19,40	-16,30	-17,50	-19,30	-17,60	-16,10	-17,60
16:24:00	-18,00	-18,80	-20,00	-17,30	-20,80	-19,50	-16,30	-17,60	-19,40	-17,70	-16,20	-17,70
16:25:00	-18,10	-18,90	-20,10	-17,40	-20,90	-19,60	-16,40	-17,60	-19,40	-17,80	-16,20	-17,80
16:26:00	-18,10	-18,90	-20,10	-17,40	-20,90	-19,60	-16,40	-17,70	-19,50	-17,80	-16,30	-17,80
16:27:00	-18,20	-18,90	-20,10	-17,40	-20,90	-19,60	-16,50	-17,70	-19,50	-17,80	-16,30	-17,80
16:28:00	-18,20	-18,90	-20,10	-17,40	-20,80	-19,60	-16,50	-17,70	-19,50	-17,80	-16,40	-17,80
16:29:00	-18,10	-18,80	-20,00	-17,40	-20,70	-19,50	-16,50	-17,60	-19,40	-17,80	-16,40	-17,80
16:30:00	-18,10	-18,80	-20,00	-17,40	-20,50	-19,40	-16,50	-17,60	-19,30	-17,80	-16,40	-17,80
16:31:00	-18,00	-18,70	-19,80	-17,30	-20,40	-19,30	-16,50	-17,50	-19,20	-17,70	-16,40	-17,80
16:32:00	-18,00	-18,50	-19,70	-17,20	-20,20	-19,20	-16,50	-17,50	-19,20	-17,60	-16,40	-17,60
16:33:00	-17,90	-18,30	-19,60	-17,10	-20,00	-19,10	-16,40	-17,40	-19,00	-17,60	-16,30	-17,60
16:34:00	-17,80	-18,30	-19,50	-17,10	-19,90	-19,00	-16,40	-17,40	-18,90	-17,50	-16,30	-17,50
16:35:00	-17,80	-18,20	-19,40	-17,00	-19,80	-18,90	-16,40	-17,40	-18,80	-17,40	-16,20	-17,40
16:36:00	-17,80	-18,20	-19,40	-17,00	-19,70	-18,80	-16,30	-17,30	-18,80	-17,40	-16,20	-17,40
16:37:00	-17,70	-18,10	-19,30	-17,00	-19,60	-18,80	-16,30	-17,20	-18,80	-17,40	-16,20	-17,40
16:38:00	-17,60	-18,00	-19,20	-16,90	-19,60	-18,80	-16,30	-17,20	-18,70	-17,40	-16,10	-17,40
16:39:00	-17,50	-17,90	-19,20	-16,90	-19,50	-18,70	-16,20	-17,10	-18,60	-17,30	-16,10	-17,30
16:40:00	-17,50	-17,80	-19,20	-16,80	-19,40	-18,60	-16,10	-17,00	-18,50	-17,30	-16,00	-17,30
16:41:00	-17,40	-17,80	-19,10	-16,70	-19,30	-18,50	-16,10	-17,00	-18,40	-17,30	-16,00	-17,20
16:42:00	-17,40	-17,70	-19,10	-16,70	-19,20	-18,50	-16,00	-17,00	-18,40	-17,30	-16,00	-17,20
16:43:00	-17,40	-17,70	-19,00	-16,70	-19,20	-18,50	-16,00	-17,00	-18,40	-17,20	-15,90	-17,20

Tabular Report

23/08/2017 10:36:47, Descr. Freezer - Power Failure Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
16:44:00	-17,30	-17,70	-19,10	-16,60	-19,30	-18,50	-16,00	-17,00	-18,40	-17,20	-15,90	-17,20
16:45:00	-17,30	-17,80	-19,10	-16,60	-19,30	-18,50	-16,00	-17,00	-18,40	-17,20	-15,90	-17,20
16:46:00	-17,40	-17,80	-19,20	-16,70	-19,40	-18,50	-16,00	-17,00	-18,40	-17,20	-15,90	-17,20
16:47:00	-17,40	-17,80	-19,20	-16,70	-19,50	-18,60	-16,00	-17,00	-18,50	-17,30	-15,90	-17,20
16:48:00	-17,40	-17,90	-19,20	-16,70	-19,60	-18,60	-16,00	-17,00	-18,50	-17,30	-15,90	-17,30
16:49:00	-17,40	-17,90	-19,30	-16,80	-19,60	-18,70	-16,00	-17,00	-18,60	-17,30	-15,90	-17,30
16:50:00	-17,50	-18,00	-19,40	-16,80	-19,70	-18,80	-16,00	-17,10	-18,70	-17,40	-15,90	-17,40
16:51:00	-17,50	-18,10	-19,50	-16,90	-19,90	-18,80	-16,00	-17,10	-18,70	-17,40	-16,00	-17,40
16:52:00	-17,60	-18,20	-19,60	-16,90	-20,00	-18,80	-16,00	-17,20	-18,80	-17,40	-16,00	-17,40
16:53:00	-17,70	-18,30	-19,60	-17,00	-20,00	-18,90	-16,10	-17,20	-18,80	-17,50	-16,00	-17,50
16:54:00	-17,80	-18,30	-19,70	-17,00	-20,20	-19,00	-16,10	-17,30	-18,90	-17,60	-16,00	-17,60
16:55:00	-17,80	-18,40	-19,80	-17,10	-20,30	-19,10	-16,20	-17,40	-19,00	-17,60	-16,00	-17,70
16:56:00	-17,90	-18,50	-20,00	-17,10	-20,40	-19,20	-16,30	-17,40	-19,00	-17,70	-16,10	-17,80
16:57:00	-18,00	-18,60	-20,00	-17,20	-20,50	-19,20	-16,30	-17,50	-19,10	-17,80	-16,10	-17,80
16:58:00	-18,10	-18,70	-20,10	-17,30	-20,60	-19,30	-16,40	-17,50	-19,20	-17,80	-16,20	-17,90
16:59:00	-18,20	-18,80	-20,20	-17,40	-20,70	-19,40	-16,50	-17,60	-19,20	-17,90	-16,20	-17,90
17:00:00	-18,30	-18,90	-20,30	-17,40	-20,80	-19,50	-16,50	-17,70	-19,30	-18,00	-16,30	-18,00
17:01:00	-18,30	-18,90	-20,40	-17,50	-20,90	-19,60	-16,50	-17,80	-19,40	-18,10	-16,40	-18,10
17:02:00	-18,30	-19,00	-20,40	-17,50	-20,90	-19,60	-16,60	-17,80	-19,40	-18,10	-16,40	-18,20
17:03:00	-18,40	-19,00	-20,40	-17,50	-20,90	-19,60	-16,60	-17,80	-19,50	-18,10	-16,50	-18,20
17:04:00	-18,30	-18,90	-20,30	-17,50	-20,80	-19,60	-16,70	-17,80	-19,40	-18,10	-16,50	-18,20
17:05:00	-18,30	-18,90	-20,20	-17,50	-20,70	-19,50	-16,70	-17,80	-19,40	-18,10	-16,50	-18,20
17:06:00	-18,30	-18,80	-20,10	-17,40	-20,50	-19,40	-16,70	-17,70	-19,30	-18,00	-16,50	-18,10
17:07:00	-18,30	-18,70	-20,00	-17,40	-20,40	-19,30	-16,60	-17,60	-19,20	-17,90	-16,50	-18,00
17:08:00	-18,20	-18,50	-19,90	-17,40	-20,20	-19,20	-16,60	-17,60	-19,10	-17,80	-16,40	-17,90
17:09:00	-18,10	-18,40	-19,70	-17,30	-20,00	-19,10	-16,60	-17,50	-19,00	-17,80	-16,40	-17,80
17:10:00	-18,00	-18,30	-19,60	-17,20	-19,90	-19,00	-16,50	-17,40	-18,90	-17,70	-16,30	-17,80
17:11:00	-17,90	-18,20	-19,60	-17,20	-19,80	-18,90	-16,50	-17,40	-18,80	-17,70	-16,30	-17,70
17:12:00	-17,90	-18,20	-19,50	-17,10	-19,70	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,60	-16,20	-17,60
17:13:00	-17,80	-18,10	-19,50	-17,10	-19,60	-18,80	-16,50	-17,40	-18,70	-17,60	-16,20	-17,60
17:14:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,00	-19,60	-18,80	-16,40	-17,30	-18,70	-17,50	-16,10	-17,50
17:15:00	-17,80	-18,10	-19,40	-17,00	-19,60	-18,80	-16,40	-17,30	-18,70	-17,50	-16,10	-17,50
17:16:00	-17,80	-18,10	-19,50	-17,00	-19,70	-18,80	-16,40	-17,30	-18,70	-17,50	-16,10	-17,50
17:17:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,00	-19,70	-18,80	-16,40	-17,30	-18,80	-17,50	-16,10	-17,50
17:18:00	-17,80	-18,20	-19,60	-17,00	-19,80	-18,80	-16,40	-17,30	-18,80	-17,50	-16,10	-17,50
17:19:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,10	-19,90	-18,90	-16,40	-17,40	-18,80	-17,50	-16,10	-17,50

Tabular Report

23/08/2017 10:36:47, Descr. Freezer - Power Failure Test

Winlog.validation 3.61

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
17:20:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,10	-20,00	-18,90	-16,40	-17,40	-18,80	-17,50	-16,10	-17,50
17:21:00	-17,90	-18,30	-19,70	-17,10	-20,10	-19,00	-16,40	-17,40	-18,90	-17,60	-16,10	-17,60
17:22:00	-17,90	-18,40	-19,80	-17,20	-20,20	-19,10	-16,40	-17,40	-18,90	-17,60	-16,10	-17,60
17:23:00	-18,00	-18,50	-19,90	-17,20	-20,30	-19,20	-16,40	-17,50	-19,00	-17,70	-16,20	-17,70
17:24:00	-18,00	-18,60	-20,00	-17,30	-20,40	-19,20	-16,50	-17,50	-19,10	-17,70	-16,20	-17,70
17:25:00	-18,10	-18,70	-20,00	-17,40	-20,50	-19,20	-16,50	-17,60	-19,20	-17,80	-16,30	-17,80
17:26:00	-18,20	-18,80	-20,10	-17,40	-20,60	-19,30	-16,50	-17,70	-19,20	-17,80	-16,30	-17,80
17:27:00	-18,30	-18,80	-20,20	-17,40	-20,70	-19,40	-16,50	-17,70	-19,20	-17,90	-16,40	-17,90
17:28:00	-18,30	-18,90	-20,30	-17,50	-20,80	-19,50	-16,60	-17,80	-19,30	-17,90	-16,40	-18,00
17:29:00	-18,30	-19,00	-20,30	-17,50	-20,90	-19,60	-16,60	-17,80	-19,40	-18,00	-16,50	-18,00
17:30:00	-18,40	-19,00	-20,40	-17,60	-20,90	-19,60	-16,70	-17,80	-19,40	-18,10	-16,50	-18,10
17:31:00	-18,40	-19,00	-20,30	-17,60	-20,90	-19,60	-16,70	-17,80	-19,50	-18,10	-16,50	-18,10
17:32:00	-18,40	-18,90	-20,30	-17,60	-20,80	-19,60	-16,70	-17,80	-19,40	-18,10	-16,50	-18,10
17:33:00	-18,40	-18,90	-20,20	-17,50	-20,70	-19,60	-16,70	-17,80	-19,40	-18,00	-16,50	-18,10
17:34:00	-18,30	-18,80	-20,10	-17,50	-20,50	-19,50	-16,70	-17,80	-19,30	-18,00	-16,50	-18,00
17:35:00	-18,30	-18,70	-20,00	-17,40	-20,40	-19,30	-16,70	-17,70	-19,20	-17,90	-16,50	-17,90
17:36:00	-18,20	-18,50	-19,80	-17,40	-20,20	-19,20	-16,60	-17,60	-19,10	-17,80	-16,50	-17,80
17:37:00	-18,10	-18,40	-19,70	-17,30	-20,00	-19,10	-16,60	-17,60	-19,00	-17,80	-16,40	-17,80
17:38:00	-18,10	-18,30	-19,60	-17,30	-19,90	-19,00	-16,50	-17,50	-18,90	-17,70	-16,40	-17,70
17:39:00	-18,00	-18,20	-19,60	-17,20	-19,80	-18,90	-16,50	-17,40	-18,80	-17,60	-16,40	-17,60
17:40:00	-17,90	-18,20	-19,50	-17,20	-19,70	-18,80	-16,50	-17,40	-18,80	-17,60	-16,30	-17,60
17:41:00	-17,90	-18,10	-19,50	-17,10	-19,60	-18,80	-16,50	-17,40	-18,70	-17,50	-16,30	-17,50
17:42:00	-17,80	-18,10	-19,50	-17,10	-19,60	-18,80	-16,50	-17,40	-18,70	-17,50	-16,20	-17,50
17:43:00	-17,80	-18,10	-19,50	-17,10	-19,70	-18,80	-16,40	-17,40	-18,70	-17,50	-16,20	-17,50
17:44:00	-17,80	-18,20	-19,50	-17,10	-19,70	-18,80	-16,40	-17,40	-18,80	-17,50	-16,20	-17,50
17:45:00	-17,80	-18,20	-19,60	-17,10	-19,80	-18,80	-16,40	-17,40	-18,80	-17,50	-16,20	-17,50
17:46:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,10	-19,90	-18,90	-16,40	-17,40	-18,80	-17,50	-16,20	-17,50
17:47:00	-17,80	-18,30	-19,60	-17,10	-20,00	-18,90	-16,40	-17,40	-18,80	-17,50	-16,20	-17,50
17:48:00	-17,90	-18,30	-19,70	-17,20	-20,00	-19,00	-16,40	-17,40	-18,90	-17,60	-16,20	-17,50
17:49:00	-17,90	-18,40	-19,70	-17,20	-20,10	-19,10	-16,40	-17,50	-18,90	-17,60	-16,20	-17,60
17:50:00	-18,00	-18,50	-19,80	-17,30	-20,20	-19,10	-16,50	-17,50	-19,00	-17,60	-16,30	-17,60
17:51:00	-18,10	-18,60	-19,90	-17,30	-20,40	-19,20	-16,50	-17,60	-19,10	-17,70	-16,30	-17,70
17:52:00	-18,10	-18,70	-20,00	-17,40	-20,50	-19,20	-16,50	-17,60	-19,10	-17,80	-16,30	-17,80
17:53:00	-18,20	-18,80	-20,00	-17,40	-20,50	-19,30	-16,50	-17,70	-19,20	-17,80	-16,40	-17,80
17:54:00	-18,30	-18,80	-20,10	-17,40	-20,60	-19,40	-16,50	-17,80	-19,20	-17,80	-16,40	-17,80
17:55:00	-18,30	-18,90	-20,20	-17,50	-20,80	-19,50	-16,60	-17,80	-19,30	-17,90	-16,50	-17,90

Tabular Report

23/08/2017 10:36:47, Descr. Freezer - Power Failure Test

DIY Temperature Mapping

	#62279751	#62279753	#62279772	#62279773	#62279776	#62279778	#62279780	#62279782	#62279789	#62283259	#62283265	#62283272
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C
17:56:00	-18,30	-18,90	-20,30	-17,50	-20,80	-19,60	-16,60	-17,80	-19,40	-18,00	-16,50	-18,00
17:57:00	-18,40	-19,00	-20,30	-17,60	-20,90	-19,60	-16,70	-17,90	-19,40	-18,00	-16,50	-18,00
17:58:00	-18,40	-19,00	-20,30	-17,60	-20,90	-19,60	-16,70	-17,90	-19,50	-18,10	-16,50	-18,10
17:59:00	-18,40	-19,00	-20,30	-17,60	-20,80	-19,60	-16,70	-17,90	-19,40	-18,10	-16,60	-18,10
18:00:00	-18,30	-18,90	-20,20	-17,60	-20,70	-19,60	-16,70	-17,80	-19,40	-18,00	-16,60	-18,00